



metrokai
MEDICIÓN • CALIBRACIÓN • EQUIPO

DIMENSIONAL

Indicador de palanca

○ Acreditación: EMA D-130

○ Intervalo: 0 mm a 2.032 mm, Resol. 0.001 mm

○ Método: Comparación Directa

