



metrokal
MEDICIÓN • CALIBRACIÓN • EQUIPO

DIMENSIONAL

Barras Patrón

○ Acreditación: ema D-130

○ Intervalo: 25 mm a 600 mm

○ Método: Comparación Directa

