



metrokai
MEDICIÓN • CALIBRACIÓN • EQUIPO

DIMENSIONAL

Micrómetros de Interiores tipo tubular

○ Acreditación: ema D-130

○ Intervalo: 25 mm a 600 mm, Resol. 0.001 mm

○ Método: Comparación Directa

