

# Goniómetro

- Acreditación:      ema D-130
- Intervalo:             $0^{\circ}$  a  $360^{\circ}$ , Resol.  $0.01^{\circ}$
- Método:              Comparación Directa

