



metrokal
MEDICIÓN • CALIBRACIÓN • EQUIPO

DIMENSIONAL

Anillos patrón lisos (con/sin Clase de Exactitud)

Acreditación: ema D-130

Intervalo: ≥ 2.5 mm a 200 mm,
Clase XX, X, Y, Z, ZZ según ASME
B89,1,6-2002

Método: Comparación Directa

