

Máquina de Medición de Redondez

- Acreditación: ema D-130
- Intervalo: Z: ± 6.25 mm
Husillo: 450 mm
Resolución: $0.001 \mu\text{m}$
- Método: Comparación Directa

