



**metrokal**

MEDICIÓN • CALIBRACIÓN • EQUIPO

**FLUJO DE GAS**

# Consola de muestreo isocinético

**Acreditación:** ema FL-43 | PJLA 74050

**Alcance de  
Calibración:** 0.5 L/min a 50 L/min

**Método:** Comparación directa

