



metrokal
MEDICIÓN • CALIBRACIÓN • EQUIPO

DIMENSIONAL

Rugosímetro

○ Acreditación: Cema D-130

Z: ± 6.25 mm

○ Intervalo: X: 200 mm

Resolución: 0.001 μ m

○ Método: Comparación Directa

