



**metrokai**  
MEDICIÓN • CALIBRACIÓN • EQUIPO

DIMENSIONAL

# Calibrador de Indicadores

Acreditación: EMA D-130

Intervalo: 0 mm a 50.8 mm, Resol. 0.01 mm

Método: Comparación Directa

