



metrokai
MEDICIÓN • CALIBRACIÓN • EQUIPO

DIMENSIONAL

Cabezas micrométricas

Acreditación: EMA D-130

Intervalo: 1 mm a 50.8 mm,
Resolución 0.001 mm

Método: Comparación Directa

