



metrokal

MEDICIÓN • CALIBRACIÓN • EQUIPO

VOLUMEN

Bureta operada por Pistón

Acreditación: ema V-78 | PJLA 74050

Alcance de Calibración (ema): 1 mL a 100 mL

Alcance de Calibración (PJLA): 1 mL a 1 000 mL

Método: Gravimétrico

