

Medidor de flujo de gas tipo rotámetro

- Acreditación: ema FL-43 | PJLA 74050
- Alcance de Calibración (ema): 0.5 mL/min a 1 000 L/min
- Alcance de Calibración (PJLA): 0.5 mL/min a 400 L/min
- Método: Comparación Directa

