



metrokai
MEDICIÓN • CALIBRACIÓN • EQUIPO

FLUJO DE GAS

Consola de muestreo isocinético

○ Acreditación:

ema FL-43 | PJLA 74050

○ Alcance de
Calibración

0.5 L/min a 50 L/min

○ Método:

Comparación Directa

