



metrokal
MEDICIÓN • CALIBRACIÓN • EQUIPO

TEMPERATURA

Termohigrómetros

○ Acreditación: CNA T-145 | PJLA 74050

○ Alcance de Calibración: 3 °C a 50 °C

○ Método: Comparación Directa

