



metrokal
MEDICIÓN • CALIBRACIÓN • EQUIPO

TEMPERATURA

Simulación eléctrica de termopar tipo K

○ Acreditación: PJLA 74050

○ Alcance de
Calibración: -100 °C a 1 200 °C

○ Método: Simulación Eléctrica

