



metrokai
MEDICIÓN • CALIBRACIÓN • EQUIPO

FLUJO DE GAS

Probadora de fugas en flujo | presión diferencial

○ Acreditación:

ema FL-43 | PJLA 74050

○ Alcance de
Calibración

0.5 mL/min a 100 L/min

○ Método:

Comparación Directa

